

Atti n. 49/2006

FORNITURA E POSA IN OPERA DI  
N. 2 DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE DIGITALI DIRETTE

Sono pervenuti a questa Stazione Appaltante i seguenti quesiti, che si pubblicano corredati di risposte.

**QUESITO N. 1**

DOMANDA

“Abbiamo notato delle discordanze tra i documenti amministrativi –Busta A- richiesti nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e quelli, sempre relativi alla Busta A, elencati nel Regolamento di gara (Regolamento).

Ad esempio:

- 1) nel CSA è richiesta una dichiarazione secondo il modello allegato, mentre nel Regolamento viene richiesta una dichiarazione unica attestante diverse condizioni;
- 2) nel CSA sono richieste “attestazioni di aver eseguito, con piena soddisfazione dell’utente, servizi simili a quello oggetto della presente gara a enti sanitari pubblici o privati”, mentre nel Regolamento queste attestazioni non sono richieste.

A quale elenco ci dobbiamo riferire per preparare i documenti di gara, al CSA o al Regolamento?”

RISPOSTA

**E’ da ritenersi valido quanto richiesto nel CSA alla pag. 6 e relativi allegati.**

## QUESITO N. 2

### DOMANDA

Abbiamo notato una discordanza per quanto riguarda l'assistenza tecnica, e più precisamente:

- a pag. 4.1 del Regolamento di gara è richiesta l'assistenza tecnica full-risk per anni due a partire dalla scadenza della garanzia, compresi i tubi radiogeni e l'intensificazione di brillantezza;
- a pag. 8 del Regolamento di gara è richiesta offerta contenente la quantificazione della quota annua da aggiungere al canone del contratto di manutenzione per comprendere nello stesso i tubi radiogeni.

Si può avere un chiarimento?

### RISPOSTA

Si precisa che per il periodo di garanzia ed i successivi due anni dalla scadenza della stessa, **l'assistenza tecnica sarà full-risk** comprensiva dei tubi radiogeni, mentre la quantificazione della quota annua dei tubi serve per la quantificazione dei costi dopo i periodi (garanzia + due anni) sopra citati.

IL RESPONSABILE  
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI  
Ing. Massimiliano Agistri