

08/09/2006

Atti n. 51/2006

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA RIS PACS

Sono pervenuti a questa Stazione Appaltante I seguenti quesiti, che si pubblicano corredati di risposta.

QUESITO N. 1

DOMANDA

"In riferimento all'oggetto al punto 5.1.3 "Archiviazioni delle immagini" ... al primo punto si chiede che l'archivio di primo livello sia opportunamente dimensionato, affinché sia in grado di contenere almeno due anni in linea ... al secondo punto si chiede un anno in linea.

Inoltre non sono riuscito a trovare nel capitolato il numero di esami annui da archiviare, dato importante per il dimensionamento dell'archivio.

E' possibile avere in formato digitale per e-mail le planimetrie con l'indicazione d'uso dei locali?"

RISPOSTA

Per le dimensioni dell'archivio si deve contattare direttamente il prof. Garbagna (segreteria tel. n. 0258296636 – 362), mentre le uniche piantine a disposizione sono quelle pubblicate sul nostro sito internet.

QUESITO N. 2

DOMANDA

Si chiede conferma che, come indicato al paragrafo 4.1 del Capitolato speciale, saranno integrate tutte le apparecchiature, attualmente presenti o di futura installazione, dotate delle necessarie classi Dicom 3.0 (in particolare dotate delle classi Storage, Worklist, Print), e quindi che l'integrazione delle eventuali classi Dicom mancanti sulle attrezzature sarà a carico dell'Azienda Ospedaliera.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto dal punto 4.1 del Capitolato speciale, mentre rimane a carico dell'Ente l'eventuale aggiornamento delle classi mancanti.

QUESITO N. 3

DOMANDA

In merito al sistema RIS con il quale il sistema PACS dovrà integrarsi, si chiede conferma che, come indicato al paragrafo 4.2. del Capitolato speciale, è già presente il sistema della società Siemens, sia nella sede centrale che in viale di via Isocrate.

RISPOSTA

Il sistema RIS presente presso la sede centrale (piazza Cardinal Ferrari 1 – Milano) era il Siemens, come indicato al punto 4.2. del Capitolato speciale.

Tale sistema sarà sostituito completamente dal sistema Agfa entro ottobre 2006.

QUESITO N. 4

DOMANDA

Si chiede conferma che non dovrà essere prevista alcuna attrezzatura/componente RIS (server, client, sw RIS, kit hw-sw di refertazione vocale) presso la sede di via Isocrate oggetto, bensì la sola integrazione del sistema PACS offerto con il sistema RIS esistente (cfr. domanda precedente), e che pertanto l'elenco delle attrezzature RIS al paragrafo 5.4 non è da considerarsi oggetto della presente fornitura.

RISPOSTA

Si conferma che deve essere prevista l'attrezzatura necessaria per il RIS di via Isocrate, come previsto al punto 5.4 del Capitolato speciale.

QUESITO N. 5

DOMANDA

Si chiede conferma che l'adeguamento ed eventuale ampliamento dell'infrastruttura di rete è riferito alla sola rete locale (LAN) di radiologia del presidio di via Isocrate.

RISPOSTA

La rete LAN deve riguardare tutto lo stabile di via Isocrate e non solo la sola radiologia, risulta escluso il collegamento geografico con la sede centrale.

QUESITO N. 6

DOMANDA

Si chiede conferma che, in relazione a quanto indicato al paragrafo 5.1.3, il sistema PACS oggetto della fornitura per la sede di via Isocrate dovrà gestire il primo livello di archiviazione con almeno un anno in linea delle immagini generate nella sede medesima, e con invio delle immagini alla sede centrale per l'archiviazione storica/legale, essa sarà implementata dall'Azienda Ospedaliera presso la sede centrale (PACS esistente Agfa), e pertanto non è oggetto del presente appalto.

RISPOSTA

Si conferma la gestione di primo livello di archiviazione con almeno un anno in linea delle immagini generate in via Isocrate, mentre l'archiviazione storico/legale sarà presso la sede centrale.

QUESITO N. 7

DOMANDA

Si chiedono chiarimenti in merito al significato delle voci "Cr cassette n. 1" e "Stampanti laser per sviluppo radiografie digitali n. 2" presenti al paragrafo 5.4 del Capitolato speciale, in particolare se sono da intendersi oggetto della presente fornitura.

RISPOSTA

Sono da intendersi oggetto della fornitura.

QUESITO N. 8

DOMANDA

Al fine di dimensionare correttamente l'archivio oggetto della fornitura, si richiedono informazioni relative ai carichi di lavoro (esami/anno) per ciascuna modalità da integrare nel PACS.

RISPOSTA

I carichi di lavoro sono stimati in 20.000/25.000 prestazioni annue.

QUESITO N. 9

DOMANDA

Si richiedono informazioni in merito al numero e alla tipologia dei reparti coinvolti nel processo di trasmissione web delle immagini.

RISPOSTA

Sul sito sono pubblicate le piantine della sede di via Isocrate, dalle quale si evincono tutti i reparti presenti.

QUESITO N. 10

DOMANDA

Si richiede il dettaglio delle figure professionali dell'Azienda Ospedaliera coinvolte nel progetto, e quindi nel trading agli operatori, distinte per tipologia (medici radiologia, TSRM, amministrativi, ecc.).

RISPOSTA

Le figure professionali dell'Azienda Ospedaliera coinvolte nel progetto, distinte per tipologia, sono: n. 3 medici di radiologia, n. 4 TSRM, n. 2 amministrativi.

QUESITO N. 11

DOMANDA

Leggendo il Capitolato speciale ho riscontrato una certa ambiguità nella definizione precisa dell'oggetto della gara:

- solo Pacs da interfacciarsi con il Ris già esistente presso la sede centrale,
- sistema Ris/Pacs completo con collegamento verso quello della sede centrale.

RISPOSTA

Sia il sistema Ris che il sistema Pacs di via Isocrate devono integrarsi con i sistemi Agfa presenti in sede.

QUESITO N. 12

DOMANDA

Esiste o verrà realizzato indipendentemente dalla gara in esame un collegamento dati fra la sede centrale e quella periferica, oppure anche questo tipo di collegamento è oggetto della gara?

RISPOSTA

Il collegamento geografico tra il Centro Stella della sede centrale e quello di via Isocrate saranno a carico dell'Ente, mentre sono compresi nella fornitura tutti gli apparati e le linee

che l'aggiudicatario riterrà indispensabili per l'integrazione totale con i sistemi Ris Pacs Agfa presenti in sede centrale.

QUESITO N. 13

DOMANDA

Mancano le informazioni per il dimensionamento dello storage, ovvero il numero e il tipo degli esami da archiviare.

RISPOSTA

Sono previste 20.000/25.000 prestazioni annue.

QUESITO N. 14

DOMANDA

La dizione "integrazione totale con gli esistenti sistemi informativi (sistema Agfa)" appare alquanto generica e piuttosto ambigua, in particolare:

- per la trasmissione delle immagini dal Pacs periferico (via Isocrate) verso quello della sede centrale può essere considerato sufficiente l'autorouting delle immagini?
- Per l'accesso all'archivio centrale può essere considerato sufficiente l'utilizzo della funzionalità query/retrieve tipiche dei sistemi Pacs (presumibilmente supportato dal Pacs Agfa)?

RISPOSTA

Per integrazione totale dei sistemi Ris Pacs si intende che un medico (indipendentemente dalla sede operativa) possa accedere agli stessi dati nelle stesse modalità.

Il fornitore deve scegliere quale sistema informativo soddisfi al meglio questa necessità aziendale.

QUESITO N. 15

DOMANDA

Durante il sopralluogo è stato comunicato che al posto della Tac verrà installata una risonanza magnetica.

RISPOSTA

Si conferma che contrariamente a quanto indicato nelle piantine in Autocad visibili sul nostro sito, nel locale denominato Tac verrà installata una risonanza magnetica a terra articolare.

QUESITO N. 16

DOMANDA

Siamo a richiedere un adeguato periodo di proroga dei termini di scadenza per la presentazione dell'offerta.

RISPOSTA

Considerato che:

- il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea il 30 giugno 2006 e pubblicato il 5 luglio 2006; pertanto dal giorno dell'invio alla scadenza trascorrono 74 giorni, periodo ampiamente superiore ai termini minimi previsti dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando;
- il bando e la relativa documentazione sono visibili sul nostro sito internet dal giorno 4 luglio 2006.
- la nuova sede ospedaliera sarà consegnata entro fine mese e attivata entro fine anno, non è possibile concedere proroghe per la consegna delle offerte.

IL RESPONSABILE
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI
Ing. Massimiliano Agistri